

PROBLEME DE COAGULATION

- Héparine non administrée
- Héparine non adm après redémarrage
- TCA inf à 400
- Résistance à l' héparine
- Présence de thrombus ds circuit

Réaction à la protamine

- Hypotension artérielle
- HTAP
- Bronchospasme
- Durée d'injection:....

HYPOPERFUSION

- Liée à la canulation
- Drainage veineux insuffisant
- Autre

EMBOLIE GAZEUSE

Gravité:

- Bulles n'atteignant pas le malade
- Embolie minime(rares bulles)
- Embolie massive

Causes :

- Dysfonctionnement détecteur de niveau
- Niveau réservoir insuffisant
- Vidange membrane par by pass
- Purge insuffisante
- Inversion sens de rotation de pompe
- Déconnection de ligne
- Rupture de ligne
- Plicature de ligne
- Autres

DEFAUT D'OXYGENATION

- Défaillance de l'oxygénateur
- Temporaire
- Durable
- Débit CEC insuffisant
- Drainage vx insuffisant
- Problème d'anesthésie
- Erreur de réglage des gaz
- Hyperpression

ACCIDENT TRANSFUSIONNEL

- Culots globulaires/dérivés

EVENEMENT LIE AU MATERIEL LOURD

- PANNE ELECTRIQUE
- Pas de relais batterie
- Arrêt pompe

PANNE MECANIQUE

- Emballement pompe
- Rupture de courroie

SUPPORT MAL FIXE

- Lequel :

ECHANGEUR DE GAZ

- Absence de gaz
- Défaut de connexion
- Débitmètre non fonctionnel

GENERATEUR THERMIQUE

- Défaillance Circuit patient
- Défaillance Circuit cardioplégie
- Défaut de réchauffement
- Défaut de refroidissement
- Autre(fuite)

DIVERS

Récupérateur sanguin

EVENEMENT LIE AU DMS

- Circuit CEC: endommagé
 - stérilisé
 - Circuit cardioplégie: endommagé
 - stérilisé
 - Fuite sur la membrane
 - Fuite autre (à détailler dans 1)
 - Erreur de montage (à préciser) : _____
-

EVENEMENT LIE A LA COMMUNICATION

- Défaut de communication
- Chirurgien
- Anesthésiste
- Perfusionniste
- Autres